

**Znak sprawy: ZP. 271.KC.13.2019**

L.dz. 167/ 03 /19/MZK

Stalowa Wola, dnia 15 marzec 2019 r.

**Do osób zainteresowanych**

**Dotyczy postępowania pn.: „Zakup sprzętu w ramach Projektu „Poprawa warunków pracy na wybranych stanowiskach w MZK Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.**

**Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści cyt.:**

Odnosnie zadania 13 w/w zapytania, proszę o wyjaśnienie wymagania: "Certyfikat kalibracji ze znakiem UKAS (ISO 17025)".

Według naszej wiedzy,

UKAS tj. United Kingdom Accreditation Service (pl. *Brytyjski Urząd Akredytacyjny*) – jedyna działająca w Wielkiej Brytanii instytucja uprawniona do udzielania akredytacji firmom i laboratoriom w zakresie certyfikacji i testowania poszczególnych produktów.

Wymagania systemu ISO 17025 są głównie przeznaczone do laboratoriów badawczych i testujących w celu potwierdzenia ich kompetencji w zakresie przeprowadzanych badań, pomiarów i wzorcowań.

Czy w związku z powyższym, akceptują Państwo świadectwo kalibracji wystawiano przez producenta analizatora, bez znaku UKAS, który to znak nie jest wymagany w Polsce?

**Odpowiedzi:**

Akceptujemy świadectwo kalibracji wystawiano przez producenta analizatora, bez znaku UKAS.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Niniejsze pismo zostanie przekazane za pośrednictwem faksu lub maila oraz zamieszczone na stronie internetowej: [www.mzk.stalowa-wola.pl/bip](http://www.mzk.stalowa-wola.pl/bip).**

**Otrzymują:**

1 x Adresat,  
1 x strona internetowa,  
1 x a/a.

Z poważaniem

**PROKURENT***inż. Henryk Kociołkowski*